


Комплект оборудования для газовых анализов КГА 4-2 ТУ
92-891.006-90



Предназначен для объемного определения газовых смесей СО и СО₂, получаемых при анализе чугуна и сталей методом сжигания навески по ГОСТ 12344-88 и утвержденным методикам с дальнейшим расчетом содержания углерода в %.

Номинальная вместимость бюретки, мл	- 30
Цена деления бюретки, мл	- 0,1
Предел допускаемой погрешности, мл	- ± 0,1
Диапазон измерения содержания углерода, %	- 0-1,5
Габаритные размеры, мм	- 600x550x1075
Масса, кг, не более	- 9,5

Шифр - 202

Шифр изделий, входящих в комплект	
496	Холодильник
529	Колба с тубусом (вместимость 500 мл)
633	Гребенка
1289	Бюретка
1290	Сосуд поглотительный