Город .....
Плательщик .....
ИНН / КПП .....
Получатель .....
Почтовый адрес .....
.....
.....
телефон, факс .....
Доставка ..... самовывоз ☐ Ж/Д ☐ АВИА ☐
Перевозчик .....
Пункт назначения .....
Предполагаемая дата оплаты ☐

ТОО «АльфаИнвест»
160000, г.Шымкент,ул.Джангильдина 20-41
БИН 150940006516
ИИК KZ9796516F0007739844
Филиал АО «ForteBank» в г.Шымкент
БИК IRTYKZKA
Тел: 8 (7252) 31-06-09
87017279470, 87756300528, 87057153135
Директор Махортов Виталий Юрьевич

Заявка № ☐ от «___»_____201 г. **Дата готовности** «___»_____201 г.

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ исполнения ЭКСПЕРТ – 9х2МА

(АГРЕССИВОСТОЙКОЕ: IP65, t^0 жидкости от -10 до 150^0С, футеровка – фторопласт)

Комплект однотипных приборов ☐ шт.

исполнение Эксперт- 9 _ 2МА - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - П - ПР - Б

измеряемая жидкость ☐ **диапазон температуры, °С** ☐ **материал трубопровода** ☐

исполнение по назначению общее ☐ промышленное ☐ специальное ☐

Модель расходомера:

Эксперт-912 МА				Эксперт-922МА			
сэндвич Ду 10 мм		сэндвич Ду 50 мм		фланцевый, Ду 20 мм		фланцевый, Ду 80 мм	
сэндвич Ду 15 мм		сэндвич Ду 65 мм		фланцевый, Ду 25 мм		фланцевый, Ду 100 мм	
сэндвич Ду 20мм		сэндвич Ду 80 мм		фланцевый, Ду 32 мм		фланцевый, Ду 150 мм	
сэндвич Ду 25 мм		сэндвич Ду 100 мм		фланцевый, Ду 40 мм		фланцевый, Ду 200 мм	
сэндвич Ду 32 мм		сэндвич Ду 150 мм		фланцевый, Ду 50 мм		фланцевый, Ду 300 мм	
сэндвич Ду 40 мм				фланцевый, Ду 65 мм			

Конструкция	**Эксперт-9х2МА**	раздельный с вычислителем	**X**
Стандарт фланцев	**-11**	ГОСТ 12820,сталь Ст-20	
	-12	ГОСТ 12820, нерж.сталь	
Материал электродов	**-21**	нержавеющая сталь	
	-22	титан	
	-23	тантал	
Защитные кольца	**-31**	без колец	
	-32	нержавеющая сталь	
Погрешность измерения	**-41**	± 1% в диапазоне 1: 80	
	-42	± 0,5% в диапазоне 1: 10*	
	-43	± 0,15% в диапазоне 1: 10*	

Поворот блока измерения (БИ)	**-51**	без поворота	
	-52	на 180^0	
Направление потока	**-П1**	однонаправленное	
	-П2	реверсивное	
Прокладки	**-ПР1**	отсутствуют	
	-ПР2	фторопластовые	
Источник питания 220/=24 В	**-Б1**	отсутствует	
	-Б2	15.24	
	-Б3	30.24	

** - для Ду до 100мм;*

Комплектация:

Сервисные модули (не более 2): **Универсальный выход** ☐ ☐ **Ethernet** ☐ **Токовый выход** ☐

общая длина кабеля связи (универсальный/токовый/RS485), м ☐

длина кабеля связи БИ - вычислитель, м ☐ длина кабеля питания, м ☐

Теплоизоляционный чехол для БИ: с обогревающим кабелем шт. ☐ без обогревающего кабеля шт. ☐

Присоединительная арматура: **углеродистая сталь** ☐ **нержавеющая сталь** ☐ **крепеж из нержавеющей стали** ☐

Dy трубопровода , мм	**Комплект №1** (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)	**Комплект №2** (комплект №1 + прямолинейные участки, конфузоры)	**Комплект №3** (комплект №1 без имитатора)	**Комплект №4**** (фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж)	
				Сталь Ст20	**Нержав. сталь**

*** - для монтажа расходомеров исполнения «сэндвич» в пластиковые трубопроводы Ду 10 - Ду 100 мм*

Примечания:_____

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак X ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. принявшего заказ _____ тел. _____