Город	**ТОО «АльфаИнвест»**
Плательщик	**160000, г.Шымкент,ул.Джангильдина 20-41**
ИНН / КПП	**БИН 150940006516**
Получатель	**ИИК KZ9796516F0007739844**
Почтовый адрес	**Филиал АО «ForteBank» в г.Шымкент**
	БИК IRTYKZKA
телефон, факс	**Тел: 8 (7252) 31-06-09**
Доставка самовывоз ☐ Ж/Д ☐ АВИА ☐	**87017279470, 87756300528, 87057153135**
Перевозчик	**Директор Махортов Виталий Юрьевич**
Пункт назначения	
Предполагаемая дата оплаты ☐	

Заявка № ☐ от «___»_____201 г. **Дата готовности** «___»_____201 г.

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ исполнения ЭКСПЕРТ-9х2МО

(ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ: IP65, t^0 жидкости от -10 до 150^{0}С, футеровка – фторопласт)

Комплект однотипных приборов ☐ ***шт.***

исполнение Эксперт- 9 _ 2МО - 11 - 21 - 3 - 4 - 5 - П - ПР - Б

измеряемая жидкость ☐ **диапазон температуры, °С** ☐ **материал трубопровода** ☐

исполнение по назначению общее ☐ промышленное ☐ специальное ☐

Модель расходомера:

Эксперт-912 МО				**Эксперт-922МО**			
сэндвич Ду 10 мм	☐	сэндвич Ду 50 мм	☐	фланцевый, Ду 20 мм	☐	фланцевый, Ду 80 мм	☐
сэндвич Ду 15 мм	☐	сэндвич Ду 65 мм	☐	фланцевый, Ду 25 мм	☐	фланцевый, Ду 100 мм	☐
сэндвич Ду 20мм	☐	сэндвич Ду 80 мм	☐	фланцевый, Ду 32мм	☐	фланцевый, Ду 150 мм	☐
сэндвич Ду 25 мм	☐	сэндвич Ду 100 мм	☐	фланцевый, Ду 40 мм	☐	фланцевый, Ду 200 мм	☐
сэндвич Ду 32 мм	☐	сэндвич Ду 150 мм	☐	фланцевый, Ду 50мм	☐	фланцевый, Ду 300 мм	☐
сэндвич Ду 40 мм	☐			фланцевый, Ду 65 мм	☐		

Конструкция	**Эксперт-9х2МО**	раздельный с вычислителем	X	**Направление потока**	**-П1**	однонаправленное	☐
Стандарт фланцев	**-11**	ГОСТ 12820,сталь Ст-20	X		**-П2**	реверсивное	☐
Материал электродов	**-21**	нержавеющая сталь	X	**Прокладки**	**-ПР1**	отсутствуют	☐
Защитные кольца	**-31**	без колец	☐		**-ПР2**	паронитовые	☐
	-32	сталь Ст-20	☐	**Источник питания 220/=24В**	**-Б1**	отсутствует	☐
	-33	нержавеющая сталь	☐		**-Б2**	15.24	☐
Погрешность измерений	**-41**	± 1% в диапазоне 1: 80	☐		**-Б3**	30.24	☐
	-42	± 0.5% в диапазоне 1: 10*	☐				
	-43	± 0.15% в диапазоне 1: 10*	☐				
Поворот блока измерения (БИ)	**-51**	без поворота	☐				
	-52	на 180^0	☐				

** - для Ду до 100мм;*

Комплектация:

Сервисные модули (не более 2): **Универсальный выход** ☐ ☐ **Ethernet** ☐ **Токовый выход** ☐

общая длина кабеля связи (универсальный/токовый/RS485), м ☐

длина кабеля связи БИ - вычислитель, м ☐ длина кабеля питания, м ☐

Теплоизоляционный чехол для БИ: с обогревающим кабелем шт. ☐ без обогревающего кабеля шт. ☐

Присоединительная арматура: **углеродистая сталь** ☐ **нержавеющая сталь** ☐ **крепеж из нержавеющей стали** ☐

Ду трубопровода, мм	**Комплект №1** (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)	**Комплект №2** (комплект №1 + прямолинейные участки, конфузоры)	**Комплект №3** (комплект №1 без имитатора)	**Комплект №4**** (фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж)	
				Сталь Ст20	**Нерж. сталь**

*** - для монтажа расходомеров исполнения «сэндвич» в пластиковые трубопроводы Ду 10- Ду 100мм*

Примечания: _____

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак X,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. принявшего заказ _____ тел. _____