г. Алматы, мкр. Байбесик 168
Тел: +7 705 144 15 69
info@labsol.kz

Тестер кислотности нефтепродуктов по ASTM D974

соответствует стандарту ASTM D974 и национальному стандарту GB / T264, широко используемому для точного определения кислотных значений нефтепродуктов, таких как трансформаторное масло, турбинное масло, мазут, моторное масло, дизельное топливо и бензин и т. д. Популярен в таких областях, как химическая промышленность, электроэнергетика, нефть и т. д.

Если масло становится кислым, содержание воды в масле становится более растворимым для масла. Кислотность масла ухудшает изоляционные свойства бумажной изоляции обмотки. Кислотность ускоряет процесс окисления в масле. Кислота также включает ржавление железа в присутствии влаги. Кислотность трансформаторного масла является мерой его кислотных составляющих загрязнителей. Кислотность масла выражается в мг КОН, необходимого для нейтрализации кислоты, присутствующей в грамме масла. Это также известно как число нейтрализации.

Диапазон измерения кислотности	0.0001-0.5000 мгKOH/г
Разрешение	0,0001 мгKOH/г
Точность	от 0,001 до 0,1000 мгKOH/г диапазон ошибок 0.02 мгKOH/г от 0,1000 до 0,5000 мгKOH/г, диапазон ошибки 0.05 мгKOH/г
Экран	5,7” сенсорный ЖК
Питание	AC 220 В, 50 Гц
Габариты	420x270x260 мм
Вес	9 кг
Окружающая среда	Температура 5 – 40 °C Влажность <85 %