

Сменный блок сенсора для анализаторов Динго В-01/Динго В-02

Техническое задание

1. Функциональные требования

- 1.1. Сменный блок представляет собой быстросъемное электронное устройство, работающее в составе анализаторов алкоголя в проточном воздухе, устанавливаемых на проходных.
- 1.2. Сменный блок расположен внутри прибора и крепится к электронной плате двумя винтами.
- 1.3. Сменные блоки с заводской калибровкой должны быть взаимозаменяемы для обеспечения быстрого ремонта.

2. Технические требования

- 2.1. Тип установленного сенсора – электрохимический сенсор на алкоголь, избирательный к парам этанола.
- 2.2. Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм: 146 × 50 × 28.
- 2.3. Масса: 76 г.