

# Сертификат калибровки



**just-tools.kz**

просто инструменты.кз

2

Калибровка выполнена с помощью **Электронный прибор DREMOTEST-E №8612-1000 №25238, ДКП: ВА, ВА**

Наименование эталонов и их статус / идентификация / доказательство прослеживаемости

Условия калибровки

- температура окружающей среды 21 °С;
- атмосферное давление 87,8 кПа
- относительная влажность воздуха 81%

Условия окружающей среды и другие влияющие факторы

Действительная нагрузка Н·м	Показания сила измерителя ключа, Н·м					
	1	2	3	среднее показание ключа	Отклонение от номинального значения	Абсолютная погрешность, %
140	140,0	142,0	143,0	141,66	1,6	1,1
420	430,0	421,0	427,0	426,0	6,0	1,4
700	717,0	716,0	708,0	713,66	13,6	1,9
980	997,0	994,0	998,0	996,33	16,3	1,6

Расширенная неопределенность :  $U = 2,5 \%$  при  $k = 2$ ;  $p = 95\%$

Расширенная неопределенность получена путем умножения стандартной неопределенности на коэффициент охвата  $k = 2$ , соответствующего уровню доверия приблизительно равному 95 % при допущении нормального распределения. Оценивание неопределенности проведено в соответствии с ISO/IEC Guide 98-3:2008 «Неопределенность измерения – Часть 3: Руководство по выражению неопределенности измерений (GUM:1995)».

Дополнительная информация

**рекомендуемый межкалибровочный интервал 1 год**

состояние объекта калибровки / регулировка и/или ремонт объекта калибровки до его калибровки  
рекомендуемый межкалибровочный интервал по требованию заказчика

Ответственное лицо, выполнившее калибровку

11.07.2022 г.

Дата калибровки



**just-tools.kz**

просто инструменты.кз





**just-tools.kz**

просто инструменты.кз



**just-tools.kz**

просто инструменты.кз



**just-tools.kz**

просто инструменты.кз

## Сертификат калибровки

Номер сертификата

11.07.2022 г.

Дата калибровки

Страница 1 из 2

Объект калибровки

Ключ динамометрический

Диапазон измерения

140 - 980 Н·м

Производитель, страна

Тайвань

Тип

Серийный номер

Заказчик, адрес

Наименование метода /  
идентификация

Место проведения калибровки

Калибровочный знак

Дополнительные сведения



**just-tools.kz**

просто инструменты.кз



**just-tools.kz**

просто инструменты.кз



Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения лаборатории, выдавшей сертификат.

Руководитель калибровочной лаборатории

Ответственное лицо, выполнившее калиб



**just-tools.kz**

просто инструменты.кз



**just-tools.kz**

просто инструменты.кз