



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СТРОЙПРИБОР", Место нахождения: 454084, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Калинина, дом 11-Г, офисы 5,6, ОГРН: 1027402318624, Номер телефона: +7 3512778555, Адрес электронной почты: info@stroypribor.ru

**В лице:** Директор Гулунов Владимир Васильевич

**заявляет, что** Средства измерений: Измерители защитного слоя бетона, тип: ИПА-МГ4  
**Изготовитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СТРОЙПРИБОР", Место нахождения: 454084, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Калинина, дом 11-Г, офисы 5,6,  
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4276-011-12585810-2010 «Измерители защитного слоя бетона ИПА-МГ4. Технические условия»  
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9031803400  
Серийный выпуск,

**Соответствует требованиям** ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

**Декларация о соответствии принята на основании протокола 3384** выдан 28.12.2020 испытательной лабораторией "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СТРОЙПРИБОР"; Схема декларирования: 1д;

**Дополнительная информация** Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997), "Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний", раздел 4, подразделы 6.2, 6.5 и 7.2. Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 61010-1:2014, "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования", Условия и сроки хранения: Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-89. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.12.2025**  
**включительно**



*Владимир Гулунов*  
(подпись)

Гулунов Владимир Васильевич

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.АБ53.В.01498/20  
Дата регистрации декларации о соответствии: 31.12.2020